

分 析 報 告 書

アクアクララ株式会社 御中

環境計量証明事業所兵庫県知事登録第濃67号
環境計量証明事業所兵庫県知事登録第騒31号
環境計量証明事業所兵庫県知事登録第振26号
作業環境測定機関兵庫労働局登録第28-40号
飲料水水質検査業登録兵庫県7水第13号の1
土 壌 汚 染 調 査 指 定 番 号 環 2011-5-3
株 式 会 社 M C エ バ テ ッ ク
〒660-0095 兵庫県尼崎市大浜町2丁目30番地
TEL (06) 6417-7775 FAX (06) 6416-8901

貴下、ご依頼の試料についての分析結果をご報告申し上げます。

試料採取区分	受け取り(受領):2015年4月23日
試料名称	ACさいたま製品(2015年4月21日 11時16分)

分析項目	単位	放射能濃度	分析方法	検出下限値
セシウム-134(Cs-134)	Bq/kg	ND	厚生労働省 食品中の放射性物質 の試験法について 食品中の放射性セシウム検査法	0.53
セシウム-137(Cs-137)		ND		0.47

備考 (1)「ND」は検出下限値未満を示す。
(2)分析は株式会社環境総合テクノス殿が行った。

分析結果報告書

受付番号：R150052

発行年月日：平成27年4月24日

株式会社 MC エバテック 殿

株式会社 環境総合テクノス

本店 〒541-0052 大阪市中央区安土町1丁目3番5号

計量証明事業所 計測分析所

〒576-0061 交野市東倉治3丁目1番1号

TEL 072-810-6551 FAX 072-810-6552

計量証明事業登録番号 大阪府 第 10212 号 (濃度)

ISO/IEC 17025 (2005) 認定試験所 認定番号:RTL00790

試料名	ACさいたま 製品水		
試料種別	水		
採取年月日	平成27年4月21日 11時16分		
受付年月日	平成27年4月23日	測定年月日	平成27年4月23日
測定装置	ゲルマニウム半導体検出器(ORTEC 社製 GMX60-83) [解析システム:セイコー・イーシー・アント・シー社製 Gamma Studio]		
測定試料量	2000 g	測定時間	2000 秒
測定容器	マリネリ容器	試料採取場所	-

ご依頼の試料に対する分析結果は、以下のとおりであったことを報告いたします。

分析項目	単位	放射能濃度	検出下限値濃度	分析方法
セシウム-134 (Cs-134)	Bq/kg	0.53 未満	0.53	厚生労働省 食品中の放射性物質の試験法について 食品中の放射性セシウム検査法
セシウム-137 (Cs-137)	Bq/kg	0.47 未満	0.47	厚生労働省 食品中の放射性物質の試験法について 食品中の放射性セシウム検査法
-以下余白-				

【記事】

注1) 放射能濃度計算日：放射能濃度は、試料採取日における値を示す。

注2) 放射能濃度欄の“未満”は不検出を示します。

検出下限値以上の濃度を検出したとき、表示される土の右側数字は測定における計数誤差を示しています。

注3) 本票左上に KT マークの打ち抜きがないものは無効です。また、本書の一部を複製し、使用しないで下さい。

【備考】